

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 8 năm 2023.

Số: 1194/BVUBĐN-BMT

Về việc mời chào giá vật tư, phụ kiện để thay thế khắc phục hư hỏng cho hệ thống máy gia tốc đa mức năng lượng và hệ thống máy gia tốc đơn mức năng lượng

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, phụ kiện để thay thế cho hệ thống máy gia tốc đa mức năng lượng và hệ thống máy gia tốc đơn mức năng lượng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
- Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 28, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Lê Hữu Đức
- Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư trang thiết bị y tế
- Số điện thoại: 02363.717.142
- Địa chỉ email: phongvattu.ungbuoudanang@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
- Địa chỉ email: phongvattu.ungbuoudanang@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 17 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h ngày 28 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế.

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Tấm mạch phủ bên B/Target	- Là tấm mạch được phủ chất thay đổi giá trị điện trở - theo các đường thẳng song song	01	Cái
2	Bo mạch phát tín	- Bo mạch gồm điện trở 2,25w	01	Cái

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
	hiệu hồng ngoại	và đèn phát tín hiệu hồng ngoại		
3	Tấm mạch phủ bên A/ISO	- Là tấm mạch được phủ chất thay đổi giá trị điện trở - theo các đường thẳng song song	01	Cái
4	Bo mạch giao tiếp motor	- Dùng điều khiển motor máy xạ trị - Điện áp vào $\pm 15V$ - Điện áp ra + 11V GPRO+, - 11V GRPO - Điện áp ra +11V COLL PRO+, -11V COLL PRO- - Điện áp ra PSA PRO+, PSA PRO	01	Cái
5	Bo mạch console	- Dùng kết nối các bo mạch trong tủ điều khiển và các dây dẫn. Gồm 8 khe cắm mạch XB1-XB8.	01	Cái
6	Motor MLC loại nhỏ	- Điện áp hoạt động 12V - Tốc độ không tải 12500 vòng/phút - Dòng khởi động 360mA - Công suất cực đại 1050mW	03	Cái
7	Motor MLC loại lớn	- Điện áp hoạt động 12V - Tốc độ không tải 11000 vòng/phút - Dòng khởi động 856mA - Công suất cực đại 2.52W	03	Cái
8	T NUT loại nhỏ	- Chiều dài tổng 11 mm - Chiều rộng tổng 4.84 mm - Chiều rộng tại đầu nhỏ 2.7 mm - Đường kính ren 1.422 mm	10	Cái
9	T NUT loại lớn	- Chiều dài tổng 11mm - Chiều rộng tổng 7mm - Chiều rộng tại đầu nhỏ 3.8mm - Đường kính ren 2.489mm	10	Cái
10	Biến trở 10K 10 vòng	- Biến trở 10k 10 vòng, chiều ngang thân 1.485 in, đường kính thân 0.875 ± 0.15 in. Gồm vòng bi trước và sau, sai số $\pm 3\%$. Công suất 3W tại 40 độ C	02	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt,

bảo quản thiết bị y tế như sau:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Đ/c: Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 28, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Thời gian cung ứng dự kiến 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:

a. Mẫu báo giá theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế.

b. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế báo giá (nếu có). Bản giấy hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của bệnh viện hoặc email quy định tại khoản 3 mục I - Yêu cầu báo giá.

c. Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận trực tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 mục I - Yêu cầu báo giá. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải có file mềm và bản scan của Hồ sơ báo giá theo quy định tại điểm a, b khoản 5 mục này gửi về địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá quy định tại khoản 4, mục I - Yêu cầu báo giá; bản giấy phải được gửi về Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc (để b/cáo);
- P.CNTT (để đăng Website);
- Lưu: VT, VTTBYT, BMT.

**PHÓ GIÁM ĐỐC
ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU**



Nguyễn Thanh Hùng