

Số: 488/BVUBĐN-BMT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

Về việc mời báo giá mua sắm vật tư
(nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho hệ
thống máy xạ trị áp sát tại Bệnh viện
Ung bướu Đà Nẵng

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư (nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho hệ thống máy xạ trị áp sát tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
- Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 28, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Đoàn Thị Tuyết Trâm
- Chức vụ: Chuyên viên - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế
- Số điện thoại: 02363.717.142
- Địa chỉ email: phongvattu.ungbuoudanang@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 18 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h ngày 02 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục cung cấp nguồn phóng xạ:

Stt	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Đặc tính, thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Nguồn phóng xạ Iridium (Ir-192) sử dụng cho hệ thống máy xạ trị áp sát	Nguồn phóng xạ Iridium-192 (Ir-192) sử dụng cho máy xạ trị áp sát suất liều cao - Kiểu đồng vị phóng xạ: Ir-192 - Hoạt độ nguồn: 10 Ci \pm 5% - Kích thước vỏ nguồn: 0.86 x 4.6mm - Kích thước nguồn: 0.6 x 3.5mm - Năm sản xuất: 2024 trở đi	03	Nguồn

Stt	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Đặc tính, thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		- Chất lượng: mới 100%; Tương thích, sử dụng phù hợp với cho hệ thống máy xạ trị áp sát có nhãn hiệu Flexitron - hãng Elekta hiện có tại Bệnh viện		

Lưu ý: Bất kỳ ký hiệu, nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa (nếu có) nêu trên chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản nguồn phóng xạ như sau:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 28, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng khi Bệnh viện có yêu cầu dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:


- Tạm ứng: Không.

- Thời hạn thanh toán: Thanh toán từng đợt khi nhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu cầu ghi trong hợp đồng.

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa báo giá (nếu có) (bản giấy gửi trực tiếp về địa chỉ của bệnh viện quy định tại khoản 3 Mục I - Yêu cầu báo giá).

6. Các thông tin khác: Các Đơn vị cung cấp Bảng chào giá phải được ký bởi Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp Ủy quyền, phải cung cấp kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng rất mong nhận được báo giá, tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của Hãng sản xuất, Nhà cung cấp hàng hóa và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.CNTT (để đăng Website)
- Lưu: VT, VTTBYT. BMT



Nguyễn Thanh Hùng