

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa máy gây mê kèm máy thở với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá:
 - Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
 - Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 28, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Đoàn Thị Tuyết Trâm
 - Chức vụ: Chuyên viên – Phòng Vật tư trang thiết bị y tế
 - Số điện thoại: 02363.717.142
 - Địa chỉ email: phongvattu.ungbuoudanang@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 19 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h ngày 28 tháng 8 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu: Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm
- Báo giá theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm theo thông báo này.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng rất mong nhận được báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của Hãng sản xuất, Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.CNTT (để đăng Website)
- Lưu: VT, VTTBYT.



Nguyễn Thanh Hùng



PHỤ LỤC 01

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số **MMH/BVUBĐN-VTTBYT** ngày **19** tháng **8** năm 2024 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sửa chữa máy gây mê kèm máy thở	<p>Máy gây mê kèm máy thở: Model: Aespire 7900 Xuất xứ: Datex Ohmeda / Mỹ</p> <p>Tình trạng hư hỏng: - Máy đo thông số VT không chính xác, khi calip flow sensor máy báo lỗi “flow sensor failure.”</p> <p>Dịch vụ sửa chữa bao gồm: - Khắc phục lỗi, sửa chữa thay thế các vật tư, linh kiện hư hỏng(nếu có theo khuyến cáo của hãng), đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất sau khi sửa chữa. - Yêu cầu hàng hóa, dịch vụ cung cấp phải tương thích với thiết bị cần được sửa chữa. - Báo giá bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt. Bảo hành cho thiết bị khác có liên quan.</p>	01	Cái	Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. ĐC: Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 28, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.	Dự kiến 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng