

Về việc mời chào giá cảm biến áp suất  
cho máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước  
dung tích 760 lít.

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán cho gói thầu: Mua sắm cảm biến áp suất cho máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước dung tích 760 lít với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
- Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 28, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Đoàn Thị Tuyết Trâm
- Chức vụ: Chuyên viên – Phòng Vật tư trang thiết bị y tế
- Số điện thoại: 02363.717.142
- Địa chỉ email: phongvattu.ungbuoudanang@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 10 năm 2024 đến trước 17h ngày 08 tháng 10 năm 2024.

**Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.**

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2024.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu: (Đính kèm phụ lục.)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế như sau:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 28, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:



- Thời gian cung ứng dự kiến 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- 4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
  - Tạm ứng: Không.
  - Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế báo giá (nếu có) (bản giấy gửi trực tiếp về địa chỉ của bệnh viện quy định tại khoản 3 Mục I - Yêu cầu báo giá).

\* **Lưu ý:** Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập, không có mối quan hệ với nhau và chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo bảng báo giá.

Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung chào giá.

Thư chào giá của các Nhà thầu sẽ là căn cứ để bên mời chào giá thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P.CNTT (để đăng Website).
- Lưu: VT, VTTBYT.BMT

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Thanh Hùng**

 

**PHỤ LỤC**  
**BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC HÀNG HÓA**

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số: 1323/BVUBĐN-BMT ngày 03 tháng 10 năm 2024 của  
Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

Stt	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Cảm biến áp suất	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sử dụng tương thích với máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước dung tích 760 lít hãng STERIS hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.</li><li>- Chức năng: cảm biến áp suất buồng hấp.</li><li>- Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121°C – 135°C, Áp suất từ 30 inhg đến 60 Psi.</li></ul>	01	Cái