

Số: /BVUBĐN-VTTBYT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, phụ kiện thay thế cho kính hiển vi huỳnh quang và hệ thống máy Spect-CT tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính gửi các Nhà thầu cung cấp hàng hóa tại Việt Nam tham gia chào giá, với các nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363.717.142
- Cách thức tiếp nhận bản chào giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ, Tết).
 - Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đoàn Thị Tuyết Trâm; SĐT: 0905.245.771
 - Nhận trực tiếp tại: Phòng Vật tư thiết bị Y tế Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
 - Nhận qua Email: phongvattu.ungbuoudanang@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 05/9/2025 đến trước 17h ngày 15/9/2025. Hết thời hạn nêu trên, tất cả các Thư chào giá gửi đến Bệnh viện không có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu chào giá:

- Nội dung chào giá chi tiết (Phụ lục 01 đính kèm.)
- Hồ sơ chào giá phải cung cấp tối thiểu các nội dung chính như sau:
 - Bảng chào giá hàng hóa (theo mẫu tại phụ lục 02 đính kèm);
 - Bản chào giá (bản giấy) phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá và đóng dấu giáp lai (trường hợp báo giá có nhiều tờ); được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: “Mua sắm vật tư, phụ kiện thay thế cho kính hiển vi huỳnh quang và hệ thống máy Spect-CT tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng”, Báo giá phải có hiệu lực chào giá tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 15/9/2025.

- Giá chào là giá trọn gói cung cấp, lắp đặt, bảo hành thiết bị và đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có)
- Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có).

3. Thư chào giá của các Nhà thầu sẽ là căn cứ để bên mời chào giá thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT (để đăng trên Website);
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hùng

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời chào giá số: /BVUBĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Vật kính 10X	02	Cái	- Sử dụng tương thích với Kính hiển vi huỳnh quang có nhãn hiệu Eclipse Ni-U do hãng Nikon sản xuất hiện có tại Bệnh viện. - Vật kính vô cực, chống quang sai màu - Độ phóng đại 10X - Độ mở N.A 0.3 - Khoảng làm việc: 16 mm	Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng		
2	Vật kính 20X	01	Cái	- Sử dụng tương thích với Kính hiển vi huỳnh quang có nhãn hiệu Eclipse Ni-U do hãng Nikon sản xuất hiện có tại Bệnh viện. - Vật kính vô cực, chống quang sai màu - Độ phóng đại 20X - Độ mở N.A 0.5 - Khoảng làm việc: 2.1 mm	Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng		
3	Vật kính 100X	01	Cái	- Sử dụng tương thích với Kính hiển vi	Bệnh viện Ung bướu Đà		

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				huỳnh quang có nhãn hiệu Eclipse Ni-U do hãng Nikon sản xuất hiện có tại Bệnh viện. - Vật kính vô cực, chống quang sai màu - Độ phóng đại 100X - Độ mở N.A 1.3 - Khoảng làm việc: 0,16 mm, nhúng dầu	Năng; Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng		
4	Bo mạch định danh collimator (ASM CID1 COLL ID)	01	Cái	- Sử dụng tương thích với hệ thống máy Spect-CT có nhãn hiệu Siemens SymbiaT2 hiện có tại Bệnh viện. - Chức năng: Lưu thông tin loại và serial của bộ chuẩn trực - Điện áp: 5V	Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng		
5	Bo mạch giao tiếp với collimator (ASM CID1 COLL ID INTERFACE)	02	Cái	- Sử dụng tương thích với hệ thống máy Spect-CT có nhãn hiệu Siemens SymbiaT2 hiện có tại Bệnh viện. - Điện áp hoạt động: 5V - Kết nối tín hiệu giữa bo LVA thông qua jack kết nối 10 pin và collimator thông qua jack 20 pin	Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng		

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Thư mời chào giá số: /BVUBĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2025
của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

BIỂU MẪU CHÀO GIÁ**TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ:.....

Mã số thuế:.....

Điện thoại:.....

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

Theo Thư mời chào giá số: /BVUBĐN-VTTBYT ngày / /2025 của
Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng báo giá
như sau:

Stt	Danh mục hàng hóa	Đặc tính thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Vnd)	Thành tiền (Vnd)
1						
2						
...						

Bảng chữ:.....

Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 10/09/2025.

Giá chào là giá trọn gói cung cấp, lắp đặt, bảo hành thiết bị và đã bao gồm thuế VAT,
các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).

Thời gian bảo hành:

Thời gian giao hàng:...

...

Trân Trọng!

....., ngày..... tháng..... năm 2025.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)