

Số: /BVUBĐN-HCQT
Về việc mời cung cấp thông tin báo giá sửa
chữa, thay thế thiết bị lọc nước DI 100l/h
cho máy xét nghiệm

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tìm đơn vị sửa chữa, thay thế thiết bị lọc nước DI 100 l/h cho máy xét nghiệm. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Công ty, đơn vị tham gia chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thành Đông, SĐT: 02363.717.211.
- Cách thức tiếp nhận bản chào giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày Lễ, Tết).
- Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 28/10/2025 đến hết ngày 01/11/2025. Hết thời hạn nêu trên, tất cả các thư chào giá gửi đến Bệnh viện không có hiệu lực.
- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu chào giá:

- Danh mục hàng hóa: (phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.
- Các yêu cầu khác:
 - Bản chào giá (bản giấy) phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều tờ); được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: “Báo giá sửa chữa, thay thế thiết bị lọc nước DI 100l/h cho máy xét nghiệm”
 - Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), vận chuyển, giao hàng đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, và các chi phí liên quan khác (nếu có).

* Lưu ý: Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập và chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo bản báo giá theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT để đăng trên Website;
- Lưu: VT,HCQT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hùng

PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ, HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

*(Đính kèm Yêu cầu báo giá số /BVUBNDN-HCQT ngày 28 tháng 10 năm 2025
của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)*

Stt	Tên thiết bị, hàng hóa	Đvt	Số lượng
	Sửa chữa thay thế thiết bị lọc nước DI 100l/h		
1	Vật liệu lọc đa năng ODM-2F	Lít	10
2	Than hoạt tính Clack	Kg	15
3	Cation-anion hỗn hợp Indion MB6SR	Lít	25
4	Lõi lọc 20 in	Cái	03