

Về việc mời cung cấp thông tin báo giá
bơm tiêm thuốc cản quang và đầu dò Linear máy
siêu âm cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm bơm tiêm thuốc cản quang và đầu dò Linear máy siêu âm. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Công ty, đơn vị tham gia chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363.717.233.
- Cách thức tiếp nhận bảng chào giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ, Tết).
- Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 02/02/2026 đến trước 17h00 ngày 13/02/2026. Hết thời hạn nêu trên, tất cả các Thư chào giá gửi đến Bệnh viện không có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu chào giá:

- Danh mục hàng hóa: (Phụ lục 01; 02 đính kèm)
 - Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.
- Hồ sơ chào giá phải cung cấp tối thiểu các nội dung chính như sau:
 - Bảng chào giá hàng hóa/dịch vụ (theo mẫu tại Phụ lục 03 đính kèm).
 - Catalogue/ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào giá.
 - Bảng chào đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào giá (theo mẫu tại Phụ lục 04 đính kèm).
 - Bảng chào giá (bản giấy) phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều tờ); được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: “Mua sắm bơm tiêm thuốc cản quang và đầu dò Linear máy siêu âm cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng”.

- Giá chào là giá trọn gói cung cấp, lắp đặt, bảo hành thiết bị và đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).
- Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có).
- Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 13/02/2026.

* **Lưu ý:** Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập và chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo bảng báo giá theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT để đăng trên Website;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hùng

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA

*(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUBND-VTTBYT ngày tháng năm 2026
của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)*

STT	Danh mục hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1	Bơm tiêm thuốc cân quang	01	Máy	Phụ lục 02 đính kèm	Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng		
2	Đầu dò Linear máy siêu âm	01	Cái				

PHỤ LỤC 02
CẤU HÌNH, YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUBND-VTTBYT ngày tháng năm 2026
của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

1/ BƠM TIÊM THUỐC CẢN QUANG

STT	NỘI DUNG
	BƠM TIÊM THUỐC CẢN QUANG
I	YÊU CẦU CHUNG
	Số lượng: 01 máy
	Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%;
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE
	Điện nguồn sử dụng: 100-230 VAC, 50/60Hz;
	Điều kiện môi trường hoạt động:
	Nhiệt độ tối đa $\geq 30^{\circ}\text{C}$
	Độ ẩm tối đa $\geq 75\%$
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH
1	Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
2	Phần điều khiển tay từ xa : 01 cái
3	Màn hình điều khiển không dây: 01 cái
4	Vật tư tiêu hao kèm theo máy: đủ sử dụng cho ≥ 100 ca chụp
5	Tài liệu hướng dẫn sử dụng, Tiếng Việt + Tiếng Anh: 01 bộ
III	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	Bơm tiêm thuốc cản quang : ≥ 2 nòng/đầu bơm
	Bơm tiêm thuốc cản quang, di chuyển trên xe đẩy, có remote điều khiển từ xa, sử dụng nguồn pin độc lập hoặc nguồn chính
	Hoạt động trên nguồn: Sử dụng nguồn điện AC hoặc pin
	Có chức năng làm ấm thuốc
	Có màn hình điều khiển cảm ứng hoặc màn hình hiển thị với phím bấm
	Có màn hình điều khiển từ xa không dây. Màn hình màu cảm ứng.
	Cơ chế bơm thuốc: Dùng bơm dạng con lăn hoặc Xylanh rút thuốc

STT	NỘI DUNG
	Máy chính kết nối không dây với màn hình điều khiển
	Điều khiển từ xa với kết nối không dây: Tiêm /Ngừng tiêm.
	Vận tốc tiêm tối đa: $\geq 10\text{ml/giây}$
	Cài đặt tốc độ tiêm: 0.1 đến 10ml/giây, bước cài đặt 0.1ml/giây
	Thể tích tiêm tối đa: $\geq 190\text{ ml}$
	Cài đặt thể tích tiêm: 1 đến 190ml, bước cài đặt 1mL
	Áp lực tối đa: trong khoảng từ 240-350 PSI
	Số pha tiêm ≥ 6 pha
	Cài đặt và lưu giao thức tiêm: ≥ 20 chương trình đặt tên khác nhau
	Lưu trữ chương trình đã tiêm: Lưu trữ và xem lại được ≥ 80 chương trình đã tiêm
	Theo dõi tốc độ tiêm và áp lực theo thời gian thực qua màn hình điều khiển và màn hình máy bơm
	Có chức năng kiểm tra không khí/ bọt khí.
IV	YÊU CẦU KHÁC
	Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản thiết bị theo quy định của nhà sản xuất
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu
	Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 24 - 48 giờ.
	Cam kết cung cấp đầy đủ giấy tờ xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Invoice, Packing list, tờ khai hải quan và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu. Giấy chứng nhận chất lượng hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị sản xuất trong nước
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 8 năm sau thời gian nghiệm thu

STT	NỘI DUNG
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường
	Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 3 năm sau thời gian bảo hành.
	Cam kết cung cấp tài liệu kỹ thuật của thiết bị bằng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt

2/ ĐẦU DÒ LINEAR MÁY SIÊU ÂM

STT	NỘI DUNG
	ĐẦU DÒ LINEAR MÁY SIÊU ÂM
I	YÊU CẦU CHUNG
	Số lượng: 01 cái
	Thiết bị được sản xuất năm 2024, 2025 trở đi, mới 100%;
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH
1	Đầu dò linear: 01 cái
2	Tài liệu hướng dẫn sử dụng, Tiếng Việt + Tiếng Anh: 01 bộ
III	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	Đầu dò tương thích Hệ thống quét khối 3D nhũ tự động tích hợp siêu âm đàn hồi mô định lượng nhãn hiệu Acuson S2000-ABVS do hãng Siemens sản xuất hiện đang sử dụng tại Bệnh viện.
	Lĩnh vực thăm khám tối thiểu có: Tuyến vú, tuyến giáp, mạch máu não, mạch máu ngoại vi, tim thai nhi, cơ xương khớp, tinh hoàn.
	Thiết kế: Công nghệ đầu dò Ma trận
	Dải tần số: ≤ 4.0 MHz - ≥ 9.0 MHz
	Tần số trên chế độ 2D: ≥ 3 tần số
	Tần số trên chế độ Doppler màu: ≥ 3 tần số
	Tần số trên chế độ Doppler xung: ≥ 3 tần số
	Lái tia trên 2D, Doppler màu và Doppler xung: Có
	Số chân tử: ≥ 576
	Độ sâu hiển thị tối đa: ≥ 140 mm

STT	NỘI DUNG
	Trường nhìn tối đa: ≥ 147 mm
	Tiết diện: ≥ 40 mm
	Khả năng thực hiện đàn hồi mô định lượng: Có
	Khả năng hướng dẫn sinh thiết: Có
IV	YÊU CẦU KHÁC
	Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản thiết bị theo quy định của nhà sản xuất
	Thời gian bảo hành: ≥ 6 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu
	Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 24 - 48 giờ.
	Cam kết cung cấp đầy đủ giấy tờ xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Invoice, Packing list, tờ khai hải quan và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu. Giấy chứng nhận chất lượng hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị sản xuất trong nước
	Cam kết cung cấp tài liệu kỹ thuật của thiết bị bằng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt

PHỤ LỤC 03
BIỂU MẪU BÁO GIÁ

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Theo Yêu cầu báo giá số:/BVUBĐN-VTTBYT ngày / /2026 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng báo giá như sau:

TT	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại (nếu có)	Ký mã hiệu (nếu có)	Hãng sản xuất/ xuất xứ	Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (vnd)	Thành tiền (vnd)
	Tổng cộng								

Bằng chữ:

Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 13/02/2026.

Giá chào là giá trọn gói cung cấp, lắp đặt, bảo hành thiết bị và đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).

Thời gian bảo hành:

Thời gian giao hàng:

Trân trọng!

..... ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 04
BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

(Đính kèm Thư chào giá ngày..... tháng..... năm của Công ty.....)

Tên nhà thầu:

Số điện thoại:

Stt	Nội dung yêu cầu của Yêu cầu báo giá (Phụ lục số 02)	Đáp ứng của Thư chào giá	Nội dung tham chiếu
1	Máy Số lượng:	Máy..... Model: ... Hãng sản xuất: Xuất xứ:.... Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): Số lượng:.... Năm sản xuất:	
I	Yêu cầu chung	Yêu cầu chung	
	-	-	
II	Yêu cầu cấu hình	Yêu cầu cấu hình	
	-	-	
III	Yêu cầu kỹ thuật	Yêu cầu kỹ thuật	
	-	-	
IV	Yêu cầu khác	Yêu cầu khác	
	-	-	