

Số: 676 /BVUBĐN-ĐVĐT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán Mua sắm bổ sung vật tư y tế, hóa chất cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2026 – 2027 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà Đặng Thị Thu Hiếu, SĐT: 0236.3717.233, email: bmt.bvubdn@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
 - Nhận file mềm excel và bản scan qua địa chỉ email: bmt.bvubdn@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 29 tháng 04 năm 2026 đến trước 09h ngày 11 tháng 05 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 05 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá: **Chi tiết Bảng mô tả đính kèm Phụ lục 01.**
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.
 - Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.
 - Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Thời gian giao hàng dự kiến:
 - Thời gian cung ứng dự kiến 24 tháng kể từ Quý II năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:

a. **Báo giá theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm thông báo này.**

b. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các mặt hàng báo giá (Bản giấy hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của bệnh viện hoặc email quy định tại khoản 3 Mục I – Yêu cầu báo giá).

c. Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận trực tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 Mục I – Yêu cầu báo giá. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải có file mềm và bản scan của Hồ sơ báo giá theo quy định tại điểm a, b khoản 5 mục này gửi về địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá quy định tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá.

Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật hoặc người được đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu vào báo giá.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐVĐT, KD.



Nguyễn Thanh Hùng

PHỤ LỤC 1
BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 676/BVUBĐN-ĐVĐT ngày 29 tháng 04 năm 2026 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Falcon 15ml	Ống ly tâm chia vạch tiết trùng 15ml. Hoặc tương đương.	Cái	1.610	
2	Clip cầm máu liền tay cầm (hemoclip), cỡ 11mm	Kẹp cầm máu dùng một lần, tay cầm lắp sẵn, có đường kính mở 11 -12 mm, xoay 2 chiều 360 độ với độ mở 135 độ; - Chiều dài \geq 2300mm. - Đường kính ngoài của ống tube tối đa 2,6mm. Kênh làm việc tối thiểu 2,8mm. - Đóng mở được nhiều lần. - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Hoặc tương đương	Cái	1.000	
3	Clip cầm máu liền tay cầm (hemoclip), cỡ 16mm	Kẹp cầm máu dùng một lần, tay cầm lắp sẵn, có đường kính mở 16mm \pm 1mm, xoay 2 chiều 360 độ với độ mở 135 độ; - Chiều dài \geq 2300mm. - Đường kính ngoài của ống tube tối đa 2,6mm. Kênh làm việc tối thiểu 2.8mm. - Đóng mở được nhiều lần. - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Hoặc tương đương	Cái	600	
4	Van sinh thiết cho ống nội soi phế quản	Van sinh thiết cho ống soi khí phế quản. Dùng tương thích ống nội soi Olympus T 180. Hoặc tương đương.	Cái	110	
5	Vòng thắt sử dụng 1 lần, dụng cụ chuyên dùng cho thắt polyp	Vòng thắt polyp 30 mm, được đóng gói vô trùng từng vòng thắt. Có thể sử dụng phù hợp với các tay cầm khác nhau sử dụng 1 lần hoặc cấu hình tương đương	Cái	66	

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
6	Sonde niệu quản chữ JJ	Sonde niệu quản chữ JJ gồm các thành phần tối thiểu: Sonde JJ, que dây chỉ, chỉ. Dùng để đặt nong niệu quản. Kích cỡ: 6,7,8. Chiều dài khoảng 26cm ($\pm 1,3$ cm) Chất liệu: làm bằng nhựa (PUR) Polyurethan Tron láng, dễ đặt, đầu mở, hai đầu hình chữ J có vạch chia chiều dài, cân quang. Có cây đẩy, thời gian đặt lưu trong cơ thể lâu từ 3- 6 tháng, không gây kích ứng bệnh nhân. Hoặc tương đương.	Cái	73	
7	Điện cực Leep sử dụng 1 lần, kích cỡ 2,5cm	Điện cực cắt, cầm máu vòng leep sử dụng cho dao mổ điện. Kích thước vòng điện cực khoảng: 25mm x 10mm Hoặc tương đương	Cái	29	
8	Thẻ xét nghiệm 13 thông số khí máu, điện giải và chất chuyển hóa	Thẻ xét nghiệm dùng để xét nghiệm: Khí máu: pH, pCO ₂ , pO ₂ , Điện giải: Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl ⁻ , Chất chuyển hóa: Glu, Lac, Crea, Hct, BUN, Urea, Thông số tính toán: cHCO ₃ ⁻ , cTCO ₂ , độ kiềm dư BE, độ bão hòa oxy cSO ₂ , Huyết sắc tố cHgb. - Loại mẫu: động mạch, tĩnh mạch, mao mạch - Lượng mẫu: 92 microlit. - Thời gian cho kết quả: dưới 1 phút - Bảo quản: 15°C đến 30°C. - Sử dụng tương thích Máy đo khí máu và điện giải Epop.	Test	450	
9	Chỉ tan chậm tự nhiên	Chỉ tiêu tự nhiên số 4/0 kim tròn 1/2, kim 26mm, sợi chỉ dài ≥ 75 cm. Chỉ được cấu tạo từ Sợi collagen tinh khiết có tẩm muối Chrom. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 90 ngày. Hoặc tương đương.	Tép	220	
10	Đĩa petri thủy tinh	Đĩa petri thủy tinh đường kính 60mm x 15mm.	Cái	16	
11	Đĩa petri thủy tinh	Đĩa petri thủy tinh đường kính 90mm x 15mm.	Cái	9	
12	Acetic acid 100%	Dung dịch Acetic acid (glacial) hàm lượng ≥ 99.8 %, dùng trong kỹ thuật tế bào di truyền (nhiễm sắc thể đồ). Chai tối đa 2,5 lít. Hoặc tương đương	Lít	15	
13	Methanol	Methanol ≥ 99.85 % dùng trong sắc ký. Chai tối đa 2,5 lít.	Lít	20	

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
14	Dầu parafin	Dung dịch dầu parafin là chất lỏng trơn nhờn, trong suốt, không màu. Chai từ 500ml trở lên. Hoặc tương đương	Chai	32	
15	Nhiệt kế thủy ngân	Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ Hoặc tương đương	Cái	138	
16	Bát kền đường kính 6cm	Bát kền đựng bông cotton, thép không gỉ. Kích cỡ: 6cm-8cm. Hoặc tương đương	Cái	156	
17	Kềm kelly thẳng dài không máu 16	Kềm kelly thẳng dài không máu, thép không gỉ. Kích cỡ: 16cm-17cm. Hoặc tương đương	Cái	227	
18	Kéo cắt chỉ 14cm	Kéo cắt chỉ 14cm, đầu nhọn, thép không gỉ. Hoặc tương đương	Cái	98	
19	Mỏ vịt	Mỏ vịt các cỡ (nhỏ, trung bình, lớn), thép không gỉ. Hoặc tương đương	Cái	59	
20	Mở khí quản dùng 1 lần	Bộ mở khí quản dùng 1 lần bao gồm: - Ống mở khí quản lò xo: Vật liệu PVC, không latex, cỡ 6, chiều dài 15cm; - 1 bơm tiêm 10ml; - 1 dao mổ số 10; - Băng cotton cố định ống mở khí quản ; - 1 Cây dẫn đường cong vật liệu PVC, có vạch đánh dấu; - Tiệt trùng. Hoặc tương đương	Bộ	2	
21	Que đê lưới gỗ	Làm bằng gỗ, được tiệt trùng từng que. Hộp từ 100 cái trở lên.	Hộp	9	



STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
22	Cannula mở khí quản	* Ống mở khí quản có bóng, chất liệu: PVC y tế. * Bóng thể tích lớn áp lực thấp, chất liệu mềm mại hạn chế tổn thương thành khí quản. Đầu bo tròn, trơn trượt an toàn khi luồn. * Đầy đủ kích cỡ từ 6-9 (cách nhau 0.5mm). Hoặc tương đương.	Cái	299	
23	Panh thẳng	Panh thẳng, cỡ 16-17cm, thép không gỉ, có máu.	Cái	96	
24	Nhíp y tế thẳng nhọn không máu	Nhíp y tế thẳng, cỡ 16cm-17cm, 2 đầu nhọn, không máu, thép không gỉ.	Cái	105	
25	Kim gây tê cục bộ	Kim dùng một lần dùng để chọc hút tê bào và gây tê cục bộ. Thân kim được đánh dấu chiều sâu thâm nhập. Đường kính kim: 25G Chiều dài kim: 20cm Đầu kim vát giúp thâm nhập dễ dàng. Hoặc tương đương	Cái	59	
26	Kim sinh thiết phế quản, ngàm hình oval	Kềm sinh thiết có lỗ, hình oval, sử dụng 1 lần. Chiều dài làm việc tối thiểu 1000 mm; tương thích kênh dụng cụ tối thiểu 2 mm Hoặc tương đương	Cái	119	
27	Panh sinh thiết mũi thẳng	Panh sinh thiết thẳng (mở 2 bên) mũi xoang, chuyên dùng trong nội soi mũi xoang. – Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương.. – Đầu dụng cụ tinh xảo, sắc bén giúp thực hiện các ca mổ chính xác, nhanh gọn. Chiều dài: 180mm - 220mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485. Hoặc tương đương	Cái	4	

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
28	Panh sinh thiết mũi cong	Panh sinh thiết cổ cò 70 độ có thể điều chỉnh mở 2 bên trái phải bấm các vị trí khó. – Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương.. – Đầu dụng cụ tinh xảo, sắc bén giúp thực hiện các ca mổ chính xác, nhanh gọn. Chiều dài: 180mm - 220mm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485. Hoặc tương đương	Cái	4	
		TỔNG CỘNG: 28 KHOẢN			



PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ

CÔNG TY

Địa chỉ:

SĐT:

Email:

Mã số thuế:

BẢNG BÁO GIÁ

KÍNH GỬI: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số 676/BVUBĐN-ĐVĐT ngày 29 tháng 04 năm 2026 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, chúng tôi, Công ty....., có địa chỉ tại:, báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các mặt hàng như sau:

STT	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại	Nhãn hiệu	Ký mã hiệu	Thông số kỹ thuật	Mã HS	Năm sản xuất	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	ĐVT	Quy cách	Đơn giá (Đã có VAT) (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1														0		
														0		
TỔNG CỘNG: KHOẢN																-

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 05 năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

