

Số: 1344 /QĐ-BVUBĐN

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 04: Mua sắm một số loại vật tư y tế, hóa chất giải phẫu bệnh sử dụng tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế, hóa chất Đợt 3 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026 thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất Đợt 3 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026

### GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-BVUBĐN ngày 28/07/2025 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất Đợt 3 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026;

Quyết định số 858/QĐ-BVUBĐN ngày 20 tháng 08 năm 2025 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu số 04: Mua sắm một số loại vật tư y tế, hóa chất giải phẫu bệnh sử dụng tại bệnh viện Ung 2 bướu Đà Nẵng năm 2025-2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế, hóa chất Đợt 3 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng



năm 2025-2026 thuộc dự toán mua sắm Mua sắm vật tư y tế, hóa chất Đợt 3 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026;

Quyết định số 939/QĐ-BVUBĐN ngày 05/09/2025 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc thành lập Tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT các gói thầu Gói thầu số 02 và Gói thầu số 04 thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất Đợt 3 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026;

Biên bản mở E-HSĐT qua mạng ngày 05/09/2025 các gói thầu: Gói thầu số 02 và Gói thầu số 04 thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất Đợt 3 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026;

Báo cáo đánh giá số 01/BC-TCGĐGE-HSĐT của Tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT ngày 14/11/2025 Gói thầu số 04: Mua sắm một số loại vật tư y tế, hóa chất giải phẫu bệnh sử dụng tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-TCGĐGE-HSĐT của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Mua sắm một số loại vật tư y tế, hóa chất giải phẫu bệnh sử dụng tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/BC-TTĐKQLCNT ngày 04/12/2025 của Tổ thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 và Gói thầu số 04 thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất Đợt 3 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 04: Mua sắm một số loại vật tư y tế, hóa chất giải phẫu bệnh sử dụng tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế, hóa chất Đợt 3 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026, bao gồm:

#### **1. Thông tin về gói thầu:**

- Số E-TBMT: IB2500337977 - 00
- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Mua sắm một số loại vật tư y tế, hóa chất giải phẫu bệnh sử dụng tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026.
- Giá gói thầu: 3.965.286.633 VND
- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 Tháng

#### **2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:**

STT	Tên nhà thầu	Giá trúng thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG	239.513.950	24 tháng	24 tháng
2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ECOLINK	426.030.000	24 tháng	24 tháng
3	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ	110.232.000	24 tháng	24 tháng
4	CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG	139.726.944	24 tháng	24 tháng
5	CÔNG TY TNHH SINH NAM	79.605.750	24 tháng	24 tháng
6	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI SƠN	137.571.000	24 tháng	24 tháng
7	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT M.E.D.I.C	268.281.600	24 tháng	24 tháng
8	CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S	399.935.000	24 tháng	24 tháng
9	CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG	343.775.250	24 tháng	24 tháng
10	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH LÂM AN	27.140.000	24 tháng	24 tháng
<b>TỔNG CỘNG: 10 NHÀ THẦU</b>		<b>2.171.811.494</b>		

*Chi tiết Theo phụ lục 01 đính kèm.*

**3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:**

*Theo phụ lục 02 đính kèm*

**4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu:**

*Theo phụ lục 03 đính kèm*

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Giao Khoa Dược và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Khoa Dược và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KD, TCG.

**GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Nguyễn Thanh Hùng**

**Phụ lục 03**  
**THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA, THIẾT BỊ TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 04: MUA SẴM MỘT SỐ LOẠI VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT GIẢI PHẪU BỆNH SỬ DỤNG TẠI**  
**BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG NĂM 2025-2026**

(Kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BVUBĐN ngày 08/12/2025)

STT	Mã phần (lô)	Tên phần (lô)	Danh mục hàng hóa	Mặt hàng dự thầu	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
<b>I CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG</b>															239.513.950
1	PP25003 65056	Cồn sát trùng 90 độ	Cồn sát trùng 90 độ	Cồn sát trùng 90 độ - 1500ml/chai	Cồn 90-DPC	Dapharco	2025	Việt nam	Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng/ Việt nam	Cồn sát trùng 90 độ Thành phần: Ethanol ≥ 90%. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách chai/ 1,5 lít	Lít	8.510	28.145	239.513.950	
<b>II CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ECOLINK</b>															426.030.000
1	PP25003 65057	Lamen 22x22mm	Lamen 22x22mm	Tấm kính phủ tiêu bản (lamen) (22mm x 22mm)	0340-1130	CITOTEST	2025 trở đi	Trung Quốc	CITOTEST LABWARE Manufacturing Co.,Ltd.	Lamen 22x22mm, trong suốt, độ dày 0.13-0.16mm.	Cái	598.000	275	164.450.000	
2	PP25003 65060	Paraffin dược dụng	Paraffin dược dụng	Nền hạt	0200-0007	CITOTEST	2025 trở đi	Trung Quốc	CITOTEST LABWARE Manufacturing Co.,Ltd.	Thành phần: parafin tinh khiết dùng để xử lý mô + đúc mô trong giải phẫu bệnh, không có dimethyl sulfoxide (DMSO). Điểm nóng chảy: dưới 58 độ C. Dạng hạt.	kg	1.189	220.000	261.580.000	
<b>III CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐỒ</b>															110.232.000
1	PP25003 65062	Xylen	Xylen	XYLENE AR	686715		2024 trở về sau	Ấn Độ	Central Drug House (P) Ltd - Ấn Độ	Xylene 99.5%. Một chất lỏng trong suốt, không màu có mùi đặc trưng. Độ hòa tan: Có thể trộn lẫn với cồn. Khối lượng riêng ở 20°C: 0.863 - 0.866 g	Lít	425	198.000	84.150.000	
2	PP25003 65064	Acid Acetic 3%	Acid Acetic 3%	Acetic Acid Solution 3%	800280		2024 trở về sau	Ấn Độ	Central Drug House (P) Ltd - Ấn Độ	DUNG DỊCH AXIT ACETIC 3% Chai 500ml	Chai	23	54.000	1.242.000	
3	PP25003 65067	NaH2PO4	NaH2PO4	Sodium Dihydrogen Ortho Phosphate Dihydrate AR	642985		2024 trở về sau	Ấn Độ	Central Drug House (P) Ltd - Ấn Độ	NaH2PO4.2H2O Tinh thể không màu hoặc màu trắng. Nồng độ 99.0 - 100.5% pH 4.2 - 4.5	Chai	69	360.000	24.840.000	
<b>IV CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH LONG</b>															139.726.944
1	PP25003 65069	Cồn tuyệt đối	Cồn tuyệt đối	Cồn y tế 99,5° (Cồn tuyệt đối)	LGTD99,5	LGTD99,5	Từ năm 2024 trở về sau	Việt Nam	Công ty TNHH sản xuất thương mại Lê Gia	CỒN TUYỆT ĐỐI (LGTD99,5), công thức hóa học là C2H6O hay C2HSOH, là chất lỏng trong suốt, không màu, mùi cồn đặc trưng, chứa 99,5% ethanol. Cồn tuyệt đối có tác dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế để sát trùng, vệ sinh diệt khuẩn các dụng cụ y tế, xét nghiệm và điều chế thuốc gây mê.... Đóng gói : 2 lít/ chai.	Lít	3.624	38.556	139.726.944	
<b>V CÔNG TY TNHH SINH NAM</b>															79.605.750
1	PP25003 65061	Keo gắn lamen	Keo gắn lamen	Chất gắn, cố định tế bào ClearVue Mountant	4212	4212	2024	Mỹ	Richard - Allan Scientific LLC	- Keo dán lam dạng pha sẵn, khô nhanh, Thành phần: Toluene, Butyl methacrylate, Xylenes (50-52%), Acrylic Resin (35-40%), Ethylbenzene (10-11%) - Trong suốt, không màu, khô nhanh và không bị phai màu theo thời gian. - Chai 473 ml	ml	15.163	5.250	79.605.750	
<b>VI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI SƠN</b>															137.571.000



STT	Mã phần (lô)	Tên phần (lô)	Danh mục hàng hóa	Mặt hàng dự thầu	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	PP25003 65054	Chỉ thị sinh học dùng cho tiệt khuẩn Hydrogen Peroxide	Chỉ thị sinh học dùng cho tiệt khuẩn Hydrogen Peroxide	Chỉ thị sinh học dùng trong tiệt khuẩn	1295	3M™ Attest™	Từ 2025 trở về sau	Mỹ	3M Company	<p>Chỉ thị sinh học được thiết kế cho mục đích kiểm tra chất lượng và kiểm soát liên tục quá trình tiệt khuẩn bằng hydrogen peroxide.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chỉ báo trên đỉnh nắp sẽ chuyển từ màu xanh sang màu hồng sau khi tiếp xúc với hydrogen peroxide trong quá trình tiệt khuẩn</li> <li>Ống chỉ thị sinh học chứa bào tử Geobacillus Stearothermophilus</li> <li>Thời gian đọc kết quả trong 24 phút khi được ủ trong thiết bị 3M Attest Auto-reader 490/490M</li> <li>Sử dụng tương thích với Máy đọc chỉ thị sinh học công nghệ kép 490 (3M™ Attest™ Auto-reader 490)</li> <li>Thành phần: Peptone Phytone 1-2%, Dãi bào tử Geobacillus Stearothermophilus &lt;0.01%, Nước &gt;95%, Môi trường nuôi cấy &lt;5%</li> <li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO 13485-2016</li> </ul>	Ổng	420	228.800	96.096.000	
2	PP25003 65055	Chỉ thị sinh học dùng trong tiệt khuẩn bằng hơi nước	Chỉ thị sinh học dùng trong tiệt khuẩn bằng hơi nước	Chỉ thị sinh học 3M Attest™ Biological Indicators	1492V	3M™ Attest™	Từ 2025 trở về sau	Mỹ	3M Company	<p>Chỉ thị sinh học dùng trong tiệt khuẩn bằng hơi nước chu trình hút chân không cho kết quả nhanh trong khoảng 24 phút.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ống chỉ thị sinh học chứa bào tử Geobacillus Stearothermophilus.</li> <li>Dùng kiểm tra chất lượng chu trình tiệt khuẩn lò chân ở nhiệt độ 132°C và 135°C.</li> <li>Cho kết quả trong 24 phút khi được ủ trong thiết bị 3M Attest Auto-reader 490/490M</li> <li>Sử dụng tương thích với Máy đọc chỉ thị sinh học công nghệ kép 490 (3M™ Attest™ Auto-reader 490)</li> <li>Chỉ thị hóa học trên đỉnh nắp sẽ chuyển từ màu hồng sang màu nâu hoặc nâu đậm khi tiếp xúc với hơi nước trong quá trình tiệt khuẩn.</li> <li>Thành phần: Ống nhựa 50-60%, Nắp Polypropylene 20-25%, Dung dịch môi trường tăng trưởng 10-15%, Ống thủy tinh Borosilicate 5-10%, Chất hỗ trợ quy trình &lt;5%, Nhãn &lt;2%, Vải không dệt Nylon &lt;2%, Bào tử Geobacillus stearothermophilus 0.01-0.05%</li> <li>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO 13485:2016</li> </ul>	Ổng	420	98.750	41.475.000	
<b>VII</b>	<b>CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI &amp; DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT M.E.D.I.C</b>														268.281.600
1	PP25003 65063	Formol	Formol	Formol	Formol	Công ty cổ phần t	2024 trở về sau	Việt Nam	Công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang	Thành phần: Formalin (Formaldehyd): 36 - 40%. Chai 1L trở lên	Chai	358	75.000	26.850.000	
2	PP25003 65065	Dung dịch Lugol 5%	Dung dịch Lugol 5%	Dung dịch Lugol 5%	Lugol 5%	Công ty TNHH tr	2024 trở về sau	Việt Nam	Công ty TNHH trang thiết bị y tế Khải Vân	Dung dịch Lugol nồng độ 5% Dùng trong sản phụ khoa Chai từ 500ml trở lên	Chai	9	410.000	3.690.000	
3	PP25003 65068	Na2HPO4	Na2HPO4	Na2HPO4	Na2HPO4	Công ty cổ phần t	2024 trở về sau	Việt Nam	Công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang	Na2HPO4 dạng bột tinh khiết hay dạng tinh thể không màu. Chai 500g trở lên	Chai	165	100.000	16.500.000	

STT	Mã phần (lô)	Tên phần (lô)	Danh mục hàng hóa	Mặt hàng dự thầu	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
4	PP25003 65070	Lam nhuộm hóa mô miễn dịch	Lam nhuộm hóa mô miễn dịch	Lam nhuộm hóa mô miễn dịch	0312-7761-02	Citotest Labware	2024 trở về sau	Trung Quốc	Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd	Lam kính dùng trong nhuộm hóa mô miễn dịch, cạnh mặt cắt góc 45°, nhuộm không bị trôi màu. Sử dụng tương thích với Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động Ventana Benchmark Kích thước: (25-25,5) mm x (75-75,5) mm - Độ dày: 1 - 1,2 mm.	Cái	32.064	6.900	221.241.600	
<b>VIII</b>														399.935.000	
<b>CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S</b>															
1	PP25003 65048	Giấy cuộn loại 100mm x 70m	Giấy cuộn loại 100mm x 70m	Túi cuộn tiệt trùng Perfecta Tyvek 100mmx70m	PERFECTA Tyvek 100-70	PERFECTA Tyvek 100-70	2024 Trở về sau	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Giấy cuộn được dùng để đựng dụng cụ được tiệt khuẩn bằng máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Sterrad 100NX Cấu tạo gồm: + Lớp giấy Tyvek dày tối thiểu 150 micromet. + Lớp phim trong suốt có chất liệu polyethylene và polyester giúp quan sát được dụng cụ bên trong. - Mỗi hàn 2 bên không bị bung rách sau quá trình tiệt khuẩn - Có chỉ thị hóa học chuyển màu được hiển thị trên thanh đối chứng trên bao bì khi tiếp xúc với H2O2 trong quá trình xử lý dụng cụ bằng máy Sterrad. Rộng 100 mm, dài 70 m.	Cuộn	170	510.000	86.700.000	
2	PP25003 65049	Giấy cuộn loại 150mm x 70m	Giấy cuộn loại 150mm x 70m	Túi cuộn tiệt trùng Perfecta Tyvek 150mmx70m	PERFECTA Tyvek 150-70	PERFECTA Tyvek 150-70	2024 Trở về sau	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Giấy cuộn được dùng để đựng dụng cụ được tiệt khuẩn bằng máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Sterrad 100NX Cấu tạo gồm: + Lớp giấy Tyvek dày tối thiểu 150 micromet. + Lớp phim trong suốt có chất liệu polyethylene và polyester giúp quan sát được dụng cụ bên trong. - Mỗi hàn 2 bên không bị bung rách sau quá trình tiệt khuẩn - Có chỉ thị hóa học chuyển màu được hiển thị trên thanh đối chứng trên bao bì khi tiếp xúc với H2O2 trong quá trình xử lý dụng cụ bằng máy Sterrad. Rộng 150 mm, dài 70 m.	Cuộn	115	605.000	69.575.000	
3	PP25003 65050	Túi Tyvek 350mm*70m	Túi Tyvek 350mm*70m	Túi cuộn tiệt trùng Perfecta Tyvek 350mmx70m	PERFECTA Tyvek 350-70	PERFECTA Tyvek 350-70	2024 Trở về sau	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Giấy cuộn được dùng để đựng dụng cụ được tiệt khuẩn bằng máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Sterrad 100NX Cấu tạo gồm: + Lớp giấy Tyvek dày tối thiểu 150 micromet. + Lớp phim trong suốt có chất liệu nhựa tổng hợp giúp quan sát được dụng cụ bên trong. - Mỗi hàn 2 bên không bị bung rách sau quá trình tiệt khuẩn - Có chỉ thị hóa học chuyển màu được hiển thị trên thanh đối chứng trên bao bì khi tiếp xúc với H2O2 trong quá trình xử lý dụng cụ bằng máy Sterrad Rộng: 350 mm, dài: 70 m.	Cuộn	41	1.650.000	67.650.000	
4	PP25003 65051	Túi hấp tiệt trùng loại đẹp 150mm x 200m	Túi hấp tiệt trùng loại đẹp 150mm x 200m	Túi cuộn tiệt trùng Perfecta loại đẹp 150mmx200m	PERFECTA 150-200	PERFECTA 150-200	2024 Trở về sau	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Dùng để chứa dụng cụ hấp tiệt trùng gồm lớp giấy chống thấm dày và lớp màng film Poli-este và polime Propylen. Phù hợp cho hai loại tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. Chỉ thị màu chuyển màu trên túi hấp Kích thước: 150mm x 200m. Độ dày lớp giấy: 90 micromet	cuộn	69	305.000	21.045.000	



STT	Mã phần (l6)	Tên phần (l6)	Danh mục hàng hóa	Mặt hàng dự thầu	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
5	PP25003 65052	Túi hấp tiệt trùng loại đẹp 200mm x 200m	Túi hấp tiệt trùng loại đẹp 200mm x 200m	Túi cuộn tiệt trùng Perfecta loại đẹp 200mmx200m	PERFECTA 200-200	PERFECTA 200-200	2024 Trở về sau	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Dùng để chứa dụng cụ hấp tiệt trùng gồm lớp giấy chống thấm dầy và lớp màng film Poli-este và polime Propylen và khí EO. Phù hợp cho hai loại tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. Chỉ thị màu chuyển màu trên túi hấp Kích thước: 200mm x 200m. Độ dày lớp giấy: 90 micromet	cuộn	345	385.000	132.825.000	
6	PP25003 65053	Túi hấp tiệt trùng loại đẹp 350mm x 200m	Túi hấp tiệt trùng loại đẹp 350mm x 200m	Túi cuộn tiệt trùng Perfecta loại đẹp 350mmx200m	PERFECTA 350-200	PERFECTA 350-200	2024 Trở về sau	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S	Việt Nam	Dùng để chứa dụng cụ hấp tiệt trùng gồm lớp giấy chống thấm dầy và lớp màng film Poli-este và polime Propylen. Phù hợp cho hai loại tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. Chỉ thị màu chuyển màu trên túi hấp Kích thước: 350mm x 200m. Độ dày lớp giấy: 90 micromet	cuộn	27	820.000	22.140.000	
<b>IX</b>	<b>CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH DƯƠNG</b>														
1	PP25003 65058	Lưỡi dao cắt mô, bệnh phẩm	Lưỡi dao cắt mô, bệnh phẩm	Lưỡi dao cắt tiêu bản Feather dùng một lần các loại, các cỡ	A-35	Microtome	từ năm 2024 trở về sau	Nhật Bản	Feather Safety Razor Co., Ltd.	Lưỡi dao cắt tiêu bản dùng một lần các loại, các cỡ: Nguyên liệu thô: -Chất liệu: thép không rỉ -Chiều dài: 80 mm -Chiều cao: 8 mm -Góc lưỡi: 35 độ -Dùng 1 lần, tiêu chuẩn tạo ra các phần rất mỏng và phù hợp với các mô cứng và mô mềm. -Chất lượng: tuổi thọ sử dụng rất cao (kể cả đối với mô cứng) -Độ bền cao -Thời gian cắt ngắn với góc hờ tương ứng. - Rất sắc bén -Chưa tiệt trùng - Khoảng cách giữa tâm 2 lỗ khoảng 32mm - Sử dụng được cho các loại máy cắt tiêu bản - Tiêu chuẩn Chất lượng: FDA, ISO, Free Sales	Cái	8.970	38.325	343.775.250	
<b>X</b>	<b>CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH LÂM AN</b>														
1	PP25003 65047	Băng keo chỉ thị nhiệt 18mm*50m	Băng keo chỉ thị nhiệt 18mm*50m	Băng keo chỉ thị nhiệt cho hấp ướt	CT22	Cintape	2024 trở về sau	Argentina	Terragene S.A	- Kích thước: 18 mm x50 m - Chuyển màu: Vàng sang Nâu đậm / Đen. - Bề mặt băng keo được phủ chất liệu cho phép dễ viết. - Băng keo có thể dính lên lên các vật liệu đóng gói như: vải, giấy, và plastic - Điều kiện điểm cuối: 10 phút ở 121oC và 2 phút ở 134oC - Tiêu chuẩn: ISO 13485; FDA	Cuộn	230	118.000	27.140.000	
<b>TỔNG CỘNG: 22 phần (l6)</b>														<b>2.171.811.494</b>	