

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BVUBĐN-ĐVĐT

Đà Nẵng, ngày tháng 6 năm 2026

Về việc mời cung cấp thông tin báo giá
cho KHLCNT dự toán mua sắm: Mua sắm thiết
bị y tế (đợt 1) năm 2026 cho Bệnh viện Ung
bướu Đà Nẵng

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lập kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế (đợt 1) năm 2026 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Công ty, đơn vị tham gia chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363.717.233.
- Cách thức tiếp nhận bảng chào giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ, Tết).
- Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 24/6/2026 đến trước 09h00 ngày 06/7/2026. Hết thời hạn nêu trên, tất cả các Thư chào giá gửi đến Bệnh viện không có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu chào giá:

- Danh mục hàng hóa: (Phụ lục 01; 02 đính kèm)
 - Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.
- Hồ sơ chào giá phải cung cấp tối thiểu các nội dung chính như sau:
 - Bảng chào giá hàng hóa/dịch vụ (theo mẫu tại Phụ lục 03 đính kèm).
 - Catalogue/ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào giá.
 - Bảng chào đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào giá (theo mẫu tại Phụ lục 04 đính kèm).
 - Bảng chào giá (bản giấy) phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều tờ); được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: “Mua sắm thiết bị y tế (đợt 1) năm 2026 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng”.

- Giá chào là giá trọn gói cung cấp, lắp đặt, bảo hành thiết bị và đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).

- Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có).

- Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 06/7/2026.

* **Lưu ý:** Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập và chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo bảng báo giá theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT để đăng trên Website;
- Lưu: VT, ĐVĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hùng

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA

*(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUBĐN-ĐVĐT ngày tháng 6 năm 2026
của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)*

STT	Danh mục hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1	Máy soi cổ tử cung	01	Máy	Phụ lục 02 đính kèm	Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng		
2	Tủ pha chế thuốc cách ly và vô trùng	02	Cái				

PHỤ LỤC 02

CẤU HÌNH, YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUBĐN-ĐVĐT ngày tháng 6 năm 2026
của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

1/ MÁY SOI CỔ TỬ CUNG

STT	NỘI DUNG
	MÁY SOI CỔ TỬ CUNG
I	Yêu cầu chung
	Số lượng: 01 máy
	Thiết bị mới chưa qua sử dụng, được sản xuất năm 2025 trở về sau
	Xuất xứ: Thuộc nhóm nước G7
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485/ISO 9001 hoặc tương đương.
	Nguồn điện: 100 - 240V, 50/60 Hz
	Điều kiện môi trường hoạt động:
	+ Nhiệt độ: $\geq 30^{\circ}\text{C}$
	+ Độ ẩm: $\geq 70\%$
	Có tài liệu thuyết minh kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị bằng tiếng Anh và tiếng Việt
II	Cấu hình
1	Máy chính bao gồm các bộ phận:
	Máy chính: 01 cái
	Camera ngoài: 01 cái
	Bộ nguồn: 01 cái
	Chân đế: 01 cái
	Bộ phần mềm soi cổ tử cung: 01 bộ
2	Phụ kiện kèm theo gồm:
	Bộ máy tính và màn hình: 01 bộ
	Máy in phun màu: 01 cái
	Bộ lưu điện: 01 cái
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản gốc + bản dịch tiếng Việt: 01 bộ
III	Yêu cầu kỹ thuật
1	Đặc tính chung: Có tối thiểu các chức năng sau:
	Thiết bị được sử dụng trong thăm khám phụ khoa, có khả năng quan sát được hình ảnh phóng đại mà không phải tiếp xúc trực tiếp
	Có camera hỗ trợ chụp ảnh, ghi hình kết quả thăm khám
2	Yêu cầu kỹ thuật
2.1	Máy chính
	Hệ thống quang học trên máy chính:
	Có thể tinh chỉnh bộ phận quang học theo chiều lên xuống
	Có thể tinh chỉnh bộ phận quang học theo chiều tiến lùi
	Độ phóng đại tối đa: $\geq 20x$, mức điều chỉnh: ≥ 3 mức
	Dải bù tật khúc xạ: trong khoảng $\leq -5D$ đến $\geq +5D$
	Nguồn sáng:
	Nhiệt độ màu: $\geq 6.000K$
	Cường độ sáng tối đa tại khoảng cách làm việc: ≥ 10.000 Lux

STT	NỘI DUNG
2.2	Camera:
	Loại camera: CMOS hoặc CCD hoặc cao cấp hơn
	Độ phân giải ≥ 20 Megapixel, có thể ghi hình full HD hoặc tương đương
2.3	Bộ nguồn
	Đầu vào: 100 - 240V, 50/60 Hz
2.4	Chân đế
	Được thiết kế để gắn hệ thống quang học
	Chân đế có thể di chuyển bằng các bánh xe, có khóa bánh
2.5	Bộ máy tính:
	CPU: Core i5 trở lên
	Ram: $\geq 8G$
	Ổ cứng: $\geq 1T$
	Kích thước màn hình: ≥ 21 inch
2.6	Máy in
	Loại máy in phun màu hoặc cao cấp hơn
	Độ phân giải: $\geq (5760 \times 1440)$ dpi
	Khô in tối thiểu gồm: A5, A4
2.7	Bộ lưu điện
	Loại UPS online
	Công suất ≥ 1 KVA
	Điện áp ra: $220V \pm 2\%$
IV	CÁC YÊU CẦU KHÁC:
1	Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản thiết bị theo quy định của nhà sản xuất
3	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu
4	Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
5	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 24 - 48 giờ.
6	Cam kết cung cấp đầy đủ giấy tờ xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Invoice, Packing list, tờ khai hải quan và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu. Giấy chứng nhận chất lượng hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị sản xuất trong nước
7	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 8 năm sau thời gian nghiệm thu
8	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường
9	Cam kết duy trì giá cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế cho thiết bị ≥ 03 năm từ ngày ký biên bản nghiệm thu thiết bị
10	Cam kết cung cấp tài liệu kỹ thuật của thiết bị bằng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt

2/ TỦ PHA CHẾ THUỐC CÁCH LY VÀ VÔ TRÙNG

STT	NỘI DUNG
	TỦ PHA CHẾ THUỐC CÁCH LY VÀ VÔ TRÙNG
I	Yêu cầu chung
	Số lượng: 02 cái
	Thiết bị mới chưa qua sử dụng, được sản xuất năm 2025 trở về sau
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001
	Nguồn điện sử dụng: 220-240V, 50/60Hz
	Điều kiện môi trường hoạt động:
	+ Nhiệt độ: $\geq 25^{\circ}\text{C}$
	+ Độ ẩm: $\geq 65\%$
II	Yêu cầu cấu hình
	Thân tủ: 01 cái
	Chân đỡ loại có bánh xe: 01 cái
	Các phụ kiện tiêu chuẩn khác, tối thiểu bao gồm:
	Thùng chứa vật sắc nhọn: 02 cái
	Công găng tay loại tròn: 04 cái
	Màng lọc khí xả cacbon: 01 cái
	Đèn UV: 01 cái
	Thanh IV có móc: 01 cái
	Hệ thống ống xả: 01 bộ
	Quạt hút 3 pha: 01 cái
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
III	Yêu cầu kỹ thuật
1	Tính năng chung
	Tủ pha chế thuốc cách ly và vô trùng, được sử dụng cho mục đích pha chế thuốc ung thư (thuốc độc tế bào), đảm bảo an toàn cho người vận hành và môi trường
	Các tiêu chuẩn chất lượng, tối thiểu gồm:
	Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn ISO Class 3 theo ISO 14644.1 hoặc tương đương
	Có phân loại thiết bị ngăn chặn rò rỉ tối thiểu loại 2, theo ISO 10648-2 hoặc tương đương
	Có màng lọc HEPA (H14) hoặc tốt hơn với hiệu suất lọc $>99.995\%$ các hạt tiểu phân kích thước 0.1-0.2 microns
2	Thông số kỹ thuật
	Bộ điều khiển có thể giám sát tất cả các chức năng, theo dõi dòng khí và áp suất trong thời gian thực hoặc tương đương.
	Dòng khí đi qua một lần/thải hoàn toàn
	Sử dụng đèn LED hoặc tương đương. Độ sáng: > 600 lux
	Độ ồn: ≤ 70 dBA
	Áp suất âm
	Có cửa khóa liên động điện tử hoặc tương đương
	Có hệ thống báo động
	Có khay trượt hoặc có giải pháp tương đương để chuyển mẫu ra vào buồng thao tác
	Có ≥ 04 găng tròn, đường kính $\geq 200\text{mm}$

STT	NỘI DUNG
	Bên ngoài tủ
	Vỏ ngoài bằng thép sơn tĩnh điện hoặc vật liệu tương đương, đảm bảo độ bền, chống ăn mòn và dễ vệ sinh
	Bên trong buồng thao tác:
	Bề mặt bên trong buồng thao tác bằng thép không gỉ hoặc vật liệu tương đương
	Chân đỡ
	Có bánh xe
IV	Yêu cầu khác
1	Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản thiết bị theo quy định của nhà sản xuất
3	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu
4	Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
5	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 24 - 48 giờ.
6	Cam kết cung cấp đầy đủ giấy tờ xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Invoice, Packing list, tờ khai hải quan và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu. Giấy chứng nhận chất lượng hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị sản xuất trong nước
7	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 8 năm sau thời gian nghiệm thu
8	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường
9	Cam kết duy trì giá cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế cho thiết bị ≥ 03 năm từ ngày ký biên bản nghiệm thu thiết bị
10	Cam kết cung cấp tài liệu kỹ thuật của thiết bị bằng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt

PHỤ LỤC 03

BIỂU MẪU BÁO GIÁ

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 6 năm 2026

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Theo Yêu cầu báo giá số:/BVUBĐN-ĐVĐT ngày /6/2026 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng báo giá như sau:

TT	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại (nếu có)	Ký mã hiệu (nếu có)	Hãng sản xuất/xuất xứ	Thông số kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (vnd)	Thành tiền (vnd)
	Tổng cộng								

Bảng chữ:

Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 06/7/2026.

Giá chào là giá trọn gói cung cấp, lắp đặt, bảo hành thiết bị và đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).

Thời gian bảo hành:

Thời gian giao hàng:

Trân trọng!

..... ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 04
BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

(Đính kèm Thư chào giá ngày..... tháng..... năm của Công ty.....)

Tên nhà thầu:

Số điện thoại:

Stt	Nội dung yêu cầu của Yêu cầu báo giá (Phụ lục số 02)	Đáp ứng của Thư chào giá	Nội dung tham chiếu
1	Máy Số lượng:	Máy..... Model: ... Hãng sản xuất: Xuất xứ:.... Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): Số lượng:.... Năm sản xuất:	
I	Yêu cầu chung	Yêu cầu chung	
	-	-	
II	Yêu cầu cấu hình	Yêu cầu cấu hình	
	-	-	
III	Yêu cầu kỹ thuật	Yêu cầu kỹ thuật	
	-	-	
IV	Yêu cầu khác	Yêu cầu khác	
	-	-	