

Về việc mời cung cấp thông tin báo giá
cho KHLCNT dự toán mua sắm: Mua
sắm phụ kiện để thay thế cho hệ thống
chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla tại Bệnh
viện Ung bướu Đà Nẵng.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị.

Hiện nay, bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lập kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm phụ kiện để thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Công ty, đơn vị tham gia chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Đơn vị đầu thầu, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363.717.233
- Cách thức tiếp nhận bản chào giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ, Tết).
- Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 14/08/2026 đến hết ngày 24/08/2026. Hết thời hạn nêu trên, tất cả các Thư chào giá gửi đến bệnh viện không có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu chào giá:

- Danh mục hàng hoá: (phụ lục đính kèm).
 - Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng.
- Các yêu cầu khác:
 - Bảng chào giá (bản giấy) phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều tờ); được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: “Mua sắm phụ kiện để thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng”.
 - Giá chào là giá trọn gói, bao gồm toàn bộ chi phí hàng hóa, thuế giá trị gia tăng, vận chuyển, giao hàng, lắp đặt và bảo hành tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các chi phí khác (nếu có).

- Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 24/08/2026.

* Lưu ý: Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập và chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho bệnh viện kèm theo bảng báo giá theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT để đăng trên Website;
- Lưu: VT, ĐVĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hùng

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /BVUBĐN-ĐVĐT ngày /08/2026 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

1/ ĐẦU LÀM LẠNH

Stt	Nội dung	Ghi chú
	Đầu làm lạnh Số lượng: 01 Bộ	
I	Yêu cầu chung	
	Đầu làm lạnh phải sử dụng được với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 tesla có nhãn hiệu: Siemens Magnetom Verio, T-class do hãng Siemens AG Healthcare Sector sản xuất hiện có tại bệnh viện.	
	Hàng hóa mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng.	
	Hiệu chuẩn toàn bộ hệ thống, hoàn thiện cài đặt, đồng bộ các thông số đảm bảo hệ thống sau khi hoàn tất thay linh kiện sẽ hoạt động bình thường, ổn định theo tiêu chuẩn hãng sản xuất.	
	Bảo hành ≥ 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng	
II	Chỉ tiêu kỹ thuật:	
	- Công suất lạnh tầng 1: 53W tại nhiệt độ 43K hoặc ít hơn - Công suất lạnh tầng 2: 1.25W tại nhiệt độ 4.2k hoặc ít hơn - Tần số nguồn cấp: 50Hz - Kích thước (Cao x Sâu x Rộng): khoảng 572 x 330 x 200 (mm)	

2/ CẤP CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU

Stt	Nội dung	Ghi chú
	Cấp chuyển đổi tín hiệu Số lượng: 01 Chiếc	
I	Yêu cầu chung	
	Cấp chuyển đổi tín hiệu phải sử dụng được với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 tesla có nhãn hiệu: Siemens Magnetom Verio, T-class do hãng Siemens AG Healthcare Sector sản xuất hiện có tại bệnh viện.	
	Hàng hóa mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng.	
	Hiệu chuẩn toàn bộ hệ thống, hoàn thiện cài đặt, đồng bộ các thông số đảm bảo hệ thống sau khi hoàn tất thay linh kiện sẽ hoạt động bình thường, ổn định theo tiêu chuẩn hãng sản xuất.	
	Bảo hành ≥ 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng	
II	Chỉ tiêu kỹ thuật:	
	Chức năng: Dùng để kết nối coldhead mới và cấp tín hiệu đo nhiệt độ hiện tại của máy.	

3/ BỘ LỌC DẦU MÁY NÉN KHÍ

Stt	Nội dung	Ghi chú
	Bộ lọc dầu máy nén khí Số lượng: 01 Chiếc	
I	Yêu cầu chung	
	Bộ lọc dầu máy nén khí phải sử dụng được với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 tesla có nhãn hiệu: Siemens Magnetom Verio, T-class do hãng Siemens AG Healthcare Sector sản xuất hiện có tại bệnh viện.	
	Hàng hóa mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng.	
	Hiệu chuẩn toàn bộ hệ thống, hoàn thiện cài đặt, đồng bộ các thông số đảm bảo hệ thống sau khi hoàn tất thay linh kiện sẽ hoạt động bình thường, ổn định theo tiêu chuẩn hãng sản xuất.	
	Bảo hành $\geq$ 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng	
II	Chỉ tiêu kỹ thuật:	
	- Lọc dầu trộn lẫn khí Heli trong đường ống - Loại khí sử dụng: Heli gas 99,999% - Áp lực tĩnh: 13.5- 14.0 bar - Áp lực động: 21- 22 bar	

BIỂU MẪU BÁO GIÁ

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Theo Yêu cầu báo giá số:/BVUBĐN-ĐVĐT ngày .../08/2026 của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng báo giá như sau:

TT	Danh mục hàng hoá	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (vnd)	Thành tiền (vnd)
	Tổng cộng					XXXX

Bằng chữ:

Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 24/08/2026.

Giá chào là giá trọn gói, bao gồm toàn bộ chi phí hàng hóa, thuế giá trị gia tăng, vận chuyển, giao hàng, lắp đặt và bảo hành tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các chi phí khác (nếu có).

Trân trọng!

..... ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)