

Về việc mời cung cấp thông tin báo giá
cho KHLCNT dự toán mua sắm: Mua
sắm phụ kiện để thay thế cho hệ thống
chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla tại Bệnh
viện Ung bướu Đà Nẵng.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị.

Hiện nay, bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lập kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm phụ kiện để thay thế cho hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Công ty, đơn vị tham gia báo giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Đơn vị đầu thầu, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363.717.233.
- Thời gian và hình thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Hình thức tiếp nhận báo giá:

- Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tiếp nhận báo giá thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

- Đồng thời gửi bản giấy báo giá về cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Bảng giấy phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều tờ).

3.2. Thời gian: Thời gian nộp báo giá bắt đầu từ ngày **15/09/2026 đến trước 09h00 ngày 28/09/2026**.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá: (phụ lục 01 đính kèm).

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng.

2. Các yêu cầu khác:

- Giá chào là giá trọn gói, bao gồm toàn bộ chi phí hàng hóa, thuế giá trị gia tăng, vận chuyển, giao hàng, lắp đặt và bảo hành tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các chi phí khác (nếu có).

- Nhà thầu gửi kèm tài liệu kỹ thuật chứng minh khả năng đáp ứng theo các yêu cầu tại Yêu cầu báo giá.

- Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 28/09/2026.

*** Lưu ý:**

- Nhà thầu gửi kèm tài liệu kỹ thuật cùng Báo giá qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT để đăng trên Website;
- Lưu: VT, P.VTTTBYT, ĐVĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hùng

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /BVUBĐN-ĐVĐT ngày /09/2026 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

1/ ĐÀU LÀM LẠNH

Stt	Nội dung	Ghi chú
	Đầu làm lạnh Số lượng: 01 Bộ	
I	Yêu cầu chung	
	Đầu làm lạnh phải sử dụng được với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 tesla có nhãn hiệu: Siemens Magnetom Verio, T-class do hãng Siemens AG Healthcare Sector sản xuất hiện có tại bệnh viện.	
	Hàng hóa mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng.	
	Hiệu chuẩn toàn bộ hệ thống, hoàn thiện cài đặt, đồng bộ các thông số đảm bảo hệ thống sau khi hoàn tất thay linh kiện sẽ hoạt động bình thường, ổn định theo tiêu chuẩn hãng sản xuất.	
	Bảo hành $\geq$ 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng	
II	Chỉ tiêu kỹ thuật:	
	- Công suất lạnh tầng 1: 53W tại nhiệt độ 43K hoặc ít hơn - Công suất lạnh tầng 2: 1.25W tại nhiệt độ 4.2k hoặc ít hơn - Tần số nguồn cấp: 50Hz - Kích thước (Cao x Sâu x Rộng): khoảng 572 x 330 x 200 (mm)	

2/ CẤP CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU

Stt	Nội dung	Ghi chú
	Cấp chuyển đổi tín hiệu Số lượng: 01 Chiếc	
I	Yêu cầu chung	
	Cấp chuyển đổi tín hiệu phải sử dụng được với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 tesla có nhãn hiệu: Siemens Magnetom Verio, T-class do hãng Siemens AG Healthcare Sector sản xuất hiện có tại bệnh viện.	
	Hàng hóa mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng.	
	Hiệu chuẩn toàn bộ hệ thống, hoàn thiện cài đặt, đồng bộ các thông số đảm bảo hệ thống sau khi hoàn tất thay linh kiện sẽ hoạt động bình thường, ổn định theo tiêu chuẩn hãng sản xuất.	
	Bảo hành ≥ 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng	
II	Chỉ tiêu kỹ thuật:	
	Chức năng: Dùng để kết nối coldhead mới và cấp tín hiệu đo nhiệt độ hiện tại của máy.	

3/ BỘ LỌC DẦU MÁY NÉN KHÍ

Stt	Nội dung	Ghi chú
	Bộ lọc dầu máy nén khí Số lượng: 01 Chiếc	
I	Yêu cầu chung	
	Bộ lọc dầu máy nén khí phải sử dụng được với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 tesla có nhãn hiệu: Siemens Magnetom Verio, T-class do hãng Siemens AG Healthcare Sector sản xuất hiện có tại bệnh viện.	
	Hàng hóa mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng.	
	Hiệu chuẩn toàn bộ hệ thống, hoàn thiện cài đặt, đồng bộ các thông số đảm bảo hệ thống sau khi hoàn tất thay linh kiện sẽ hoạt động bình thường, ổn định theo tiêu chuẩn hãng sản xuất.	
	Bảo hành ≥ 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng	
II	Chỉ tiêu kỹ thuật:	
	- Lọc dầu trộn lẫn khí Heli trong đường ống - Loại khí sử dụng: Heli gas 99,999% - Áp lực tĩnh: 13.5- 14.0 bar - Áp lực động: 21- 22 bar	